

Überblick über silberhaltige Wundauflagen

Quelle: Selbstauskunft der Hersteller/Vertreiber, Stand: 11.2015

Nr.	Hersteller/Vertreiber	Produktname	Produktgruppe jeweils mit Silber	am Markt seit	MPG Klasse	Verschreibungs-pflichtig	Maß (cm)	Art des Silbers	mg Ag ⁺ pro 10x10cm	Kontraindikation Schwangerschaft/ Stillzeit?	Wundreinigung/ Befeuchtung mit NaCl 0.9% möglich?	Eiweißfehler
1	KCI Medizinprodukte	ACTISORB Silver 220	Aktivkohle	2000	III	nein	10,5 x 10,5	Elementares Silber fest gebunden	3,3	nein aber Anwendung nicht empfohlen	ja	keine Angaben
2	NOBAMED Paul Danz	NOBACARBON Ag	Aktivkohle	2005	IIB	nein	10 x 10	Elementares Silber, fest gebunden	3,3	nein	nicht empfohlen	keine Angaben
3	Lohmann & Rauscher	Vliwaktiv/ Ag Komresse/Tamponade	Aktivkohle	2006	II B	nein	10 x 10	elementares Silber	3,6	nein	ja	keine Angaben
4	3M Deutschland	3M™ Tegaderm™ Alginate Ag	Alginat	2008	III	nein	10 x 10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat.	7,5	nein	ja	keine Angaben
5	URGO	UrgoSorb Silver	Alginat	2006	III	nein	10 x 10	Silberzeolith	7,75* (6-9,5)	nein	ja	keine Angaben
6	Mölnlycke Health Care	MELGISORB Ag	Alginat	2009	III	nein	10 x 10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat	7,8	nein	ja	keine Angaben
7	Coloplast	Biatain Alginate Ag Komresse	Alginat	2006	III	nein	10 x 10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat	8	nein	ja	nein
8	ConvaTec (Germany)	AQUACEL Ag Komresse	Hydrofaser	2003	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber	10,8	nein	ja	keine Angaben
9	Mediset	PolyMem Wic Füll-Pad Silver	Membranverband	2004	IIB	nein	8 x 8	Nanokristallines Silber	11,9	nein	ja	keine Angaben
10	ConvaTec (Germany)	AQUACEL Ag Foam	Polyurethanschäum mit Hydrofaser	2013	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber	12	nein	ja	keine Angaben
11	Mediset	PolyMem Wund-Pad Silver	Membranverband	2004	IIB	nein	10 x 10	Nanokristallines Silber	12,4	nein	ja	keine Angaben
12	URGO	UrgoTül SAg	Wunddistanzgitter	2006	III	ja	10 x 12	Silbersulfadiazin	14	ja	ja	keine Angaben
13	ConvaTec (Germany)	AQUACEL Ag+ Extra Komresse	Hydrofaser	2012	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber	16,3	nein	ja	keine Angaben
14	ConvaTec (Germany)	AQUACEL Ag Extra Komresse	Hydrofaser	2012	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber	16,3	nein	ja	keine Angaben
15	Mediset	PolyMem Max Silber	Membranverband	2006	IIB	nein	10 x 10	Nanokristallines Silber	19,8	nein	ja	keine Angaben
16	biocell Gesellschaft für Biotechnologie	TEXTUS BIOACTIV	Aquafaser	2005	I s	nein	10 x 10	Ionisches Silber (fest gebunden in PET/PEfaser)	20	nein	ja	keine Angaben
17	Smith & Nephew	DURAFIBER Ag	Hydrofaser	2014	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber	20	nein	ja	keine Angaben
18	Smith & Nephew	ALGISITE Ag Komresse	Alginat	2007	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber	22	nein	ja	keine Angaben
19	Coloplast	Physiotulle Ag	Wunddistanzgitter	2009	III	ja	10 x 10	Silber-Sulfadiazin	30	nein	ja	nein
20	Lohmann & Rauscher	Suprasorb A + Ag Komresse	Alginat	2007	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber	30	nein	ja	keine Angaben
21	URGO	UrgoTül Silver	Wunddistanzgitter	2006	III	nein	10 x 12,5	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
22	URGO	UrgoCell Silver	Polyurethanschäum	2006	III	nein	10 x 12,5	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
23	URGO	UrgoCell Ag Border	Polyurethanschäum	2012	III	nein	13 x 13	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
24	URGO	UrgoTül Ag Lite Border	Silberwundverband	2012	III	nein	10 x 12	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
25	PAUL HARTMANN	Atrauman Ag	Wunddistanzgitter	2004	IIB	nein	10 x 10	Metallisches Silber	50	nein	ja	keine Angaben
26	Smith & Nephew	ALLEVYN Silber	Polyurethanschäum	2007	III	nein	9 x 11	Silber-Sulfadiazin	65	nein	nein, keine Kochsalzlösung vor Anwendung der Silberprodukte	keine Angaben
27	sanaFactor	silberlon flex	Auflage	2014	III	nein	10 x 10	Elementares Silber	70	nein aber Anwendung nicht empfohlen	ja	keine Angaben
28	Coloplast	Biatain Silicone Ag	Polyurethanschäum	2014	III	nein	10 x 10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat	100	nein	ja	nein ¹
29	Coloplast	Biatain Ag Cavity	Polyurethanschäum	2003	III	nein	10 x 10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat	100	nein	ja	nein ¹
30	Smith & Nephew	ACTICOAT	Auflage	2001	III	nein	10 x 10	Nanokristallines Silber	109	nein	nein, keine Kochsalzlösung vor Anwendung der Silberprodukte	keine Angaben
31	KCI Medizinprodukte	SILVERCEL Komresse	Alginat	2005	III	nein	11 x 11	Elementares Silber	111,3	nein aber Anwendung nicht empfohlen	ja	keine Angaben
32	KCI Medizinprodukte	SILVERCEL NON-ADHERENT	Alginat	2009	III	nein	11 x 11	Elementares Silber	111,3	nein aber Anwendung nicht empfohlen	ja	keine Angaben
33	Smith & Nephew	ACTICOAT Flex 3	Auflage	2009	III	nein	10 x 10	Nanokristallines Silber	117	nein	nein, keine Kochsalzlösung vor Anwendung der Silberprodukte	keine Angaben
34	Mölnlycke Health Care	Mepilex Ag	Polyurethanschäum	2007	III	nein	10 x 10	Silbersulfat	120	nein	ja	keine Angaben
35	Mölnlycke Health Care	Mepilex Border Ag	Polyurethanschäum	2011	III	nein	10 x 12,5	Silbersulfat	120	nein	ja	keine Angaben
36	Mölnlycke Health Care	Mepilex Transfer Ag	Polyurethanschäum	2014	III	nein	10 x 12,5	Silbersulfat	120	nein	ja	keine Angaben
37	Smith & Nephew	Acticoat Moisture Control	Polyurethanschäum	2006	III	nein	10 x 10	Nanokristallines Silber	138	nein	nein, keine Kochsalzlösung vor Anwendung der Silberprodukte	keine Angaben
38	B. Braun	Askina Calgitrol Ag	Schaum mit Silberalginat	2005	III	nein	10 x 10	Ionisches Silber/Silbernitrat (Ag NO3)	141	nein	ja	keine Angaben
39	Smith & Nephew	ACTICOAT Flex 7	Auflage	2009	III	nein	10 x 12,5	Nanokristallines Silber	143	nein	nein, keine Kochsalzlösung vor Anwendung der Silberprodukte	keine Angaben
40	Smith & Nephew	ACTICOAT Absorbent	Alginat	2004	III	nein	10 x 12,5	Nanokristallines Silber	144	nein	nein, keine Kochsalzlösung vor Anwendung der Silberprodukte	keine Angaben
41	Smith & Nephew	ACTICOAT 7	Auflage	2001	III	nein	10 x 12,5	Nanokristallines Silber	164	nein	nein, keine Kochsalzlösung vor Anwendung der Silberprodukte	keine Angaben
42	B. Braun	Askina Calgitrol, Silberalginat aus der Tube	Alginat	2012	III	nein	15 g	Ionisches Silber	180/15g	nein	ja	keine Angaben

* Mittelwert

¹ Braunwarth H, Brill FHH, Brill H. Bakteriostatische und bakterizide Wirksamkeit antimikrobieller Wundauflagen unter organischer Belastung. Wundmanagement 6(2012):266-269.