

Überblick über silberhaltige Wundauflagen (sortiert nach Silbergehalt)

Quelle: Selbstauskunft der Hersteller, Stand: 02.2017

Nr.	Hersteller/Vertreiber	Produktname	Verbandgruppe	auf dem Markt seit	MPG Klasse	Verschreibungs-pflichtig?	Maß (cm)	Art des Silbers	mg Ag ⁺ pro 10X10cm	Besteht Kontraindikation Schwangerschaft/ Stillzeit?	Wundreinigung/ Befeuchtung mit NaCl 0,9% möglich?	Eiweißfehler bekannt?
1	Acelity	ACTISORB® SILVER 220	Silber-Aktivkohle	2000	III	nein	10,5X10,5	Elementares Silber fest gebunden	3,3	nein, aber nicht empfohlen	ja	keine Angaben
2	NOBAMED Paul Danz AG	NOBACARBON® Ag	Silber-Aktivkohle	2005	IIIB	nein	10X10	Elementares Silber, fest gebunden	3,3	nein	nicht empfohlen	keine Angaben
3	Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG	Vivaktiv® Ag Kompr. / Tamp.	Silber-Aktivkohle	2006	II B	nein	10X10	elementares Silber	3,6	nein	ja	keine Angaben
4	3M Deutschland GmbH	Tegaderm® Alginate Ag	Alginate mit Silber	2008	III	nein	10X10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat.	7,5	nein	ja	keine Angaben
5	URGO GmbH	Urgosorb® Silver	Alginate mit Silber	2006	III	nein	10X10	Silberzsolith	7,75* (6-9,5)	nein	ja	keine Angaben
6	Mölnlycke Health Care GmbH	Melgisorb® Ag	Alginate mit Silber	2009	III	nein	10X10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat	7,8	nein	ja	keine Angaben
7	Coloplast GmbH	Biatatin® Alginate Ag	Alginate mit Silber	2006	III	nein	10X10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat-Komplex	8	nein	ja	Nein
8	ConvaTec GmbH	AQUACEL® Ag Kompresse	Hydrofaser mit Silber	2003	III	nein	10X10	ionisches Silber	10,8	nein	ja	keine Angaben
9	Mediset Clinical Products GmbH	Polymem® Wic Silber	polymerer Membranverband	2004	IIIB	nein	8X8	nanokristallines Silber	11,9	nein	ja	keine Angaben
10	ConvaTec GmbH	AQUACEL® Ag Foam	Schaum mit Silber	2013	III	nein	10X10	ionisches Silber	12	nein	ja	keine Angaben
11	Mediset Clinical Products GmbH	Polymem® Silber	polymerer Membranverband	2004	IIIB	nein	10X10	nanokristallines Silber	12,4	nein	ja	keine Angaben
12	URGO GmbH	UrگوTül® SAg	Distanzgitte/ Wundgaze	2006	III	Ja	10X12	Silbersulfadiazin	14	Ja	ja	keine Angaben
13	ConvaTec GmbH	AQUACEL® Ag+ Extra Kompresse	Hydrofaser mit Silber	2012	III	nein	10X10	ionisches Silber	16,3	nein	ja	keine Angaben
14	ConvaTec GmbH	AQUACEL® Ag Extra Kompresse	Hydrofaser mit Silber	2012	III	nein	10X10	ionisches Silber	16,3	nein	ja	keine Angaben
15	Mediset Clinical Products GmbH	Polymem® Max Silber	polymerer Membranverband	2006	IIIB	nein	10X10	nanokristallines Silber	19,8	nein	ja	keine Angaben
16	BioCELL-Ges. f. Biotechnologie mbH	TEXTUS® bioactiv	Aquafilament Technology®	2005	I s	nein	10X10	ionisches Silber (fest gebunden in PET/PEFaser)	20	nein	ja	keine Angaben
17	Smith & Nephew GmbH	Durafiber Ag	Hydrofaser mit Silber	2014	III	nein	10x10	ionisches Silber	20	nein	ja	keine Angaben
18	Smith & Nephew GmbH	ALGISITE™ Ag Kompresse	Alginate mit Silber	2007	III	nein	10X10	ionisches Silber	22	nein	ja	keine Angaben
19	Coloplast GmbH	Physiotulle® Ag	Distanzgitte	2009	III	nein	10X10	Silber-Sulfadiazin	30	nein	ja	Nein
20	Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG	Suprasorb® A+Ag Kompr.	Alginate mit Silber	2007	III	nein	10X10	ionisches Silber	30	nein	ja	keine Angaben
21	URGO GmbH	UrگوTül® Silver	Distanzgitte/ Wundgaze	2006	III	nein	10X12	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
22	URGO GmbH	UrگوCell® Silver	Schaum mit Silber	2006	III	nein	10X12	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
23	URGO GmbH	UrگوCell Ag Border	Schaum mit Silber	2012	III	nein	13X13	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
24	URGO GmbH	UrگوTül Ag Lite Border	Silberwundverband	2012	III	nein	10X12	Silbersulfat	35	nein	ja	keine Angaben
25	URGO GmbH	UrگوClean Ag	Polyacrylatfaser mit Silber	2016	III	nein	10X12	Silbersulfat	39	nein	ja	keine Angaben
26	PAUL HARTMANN AG	Atrauman® Ag	Distanzgitte	2004	IIIB	nein	10X10	metallisches Silber	50	nein	ja	keine Angaben
27	Smith & Nephew GmbH	ALLEVYN® SILBER SCHAUMVERBAND	Schaum mit Silber	2007	III	nein	9X11	Silber-Sulfadiazin	65	nein	nein	keine Angaben
28	sanaFactor GmbH	Silverton® flex 10x10 cm	Distanzgitte	2015	III	nein	10x10	elementares Silber	70	nein, aber nicht empfohlen	ja	keine Angaben
29	Coloplast GmbH	Biatatin® Silicone Ag Schaumverband	Schaum mit Silber	2014	III	nein	10x10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat-Komplex	100	nein	ja	Nein ¹
30	Coloplast GmbH	Biatatin® Ag Schaumverband	Schaum mit Silber	2003	III	nein	10X10	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat-Komplex	100	nein	ja	Nein ¹
31	Coloplast GmbH	Biatatin® Ag Schaumverband NH, Cavity	Schaum mit Silber	2003	III	nein	5x8	Silber-Na-hydrogenzirkoniumphosphat-Komplex	100	nein	ja	Nein ¹
32	Smith & Nephew GmbH	ACTICOAT®	Auflage	2001	III	nein	10 X 10	nanokristallines Silber	109	nein	nein	keine Angaben
33	Acelity	SILVERCEL® Kompresse	Alginate mit Silber	2005	III	nein	11X11	Elementares Silber	111,3	nein, aber nicht empfohlen	ja	keine Angaben
34	Acelity	SILVERCEL® NON-ADHERENT	Alginate mit Silber	2009	III	nein	11X11	Elementares Silber	111,3	nein, aber nicht empfohlen	ja	keine Angaben
35	Smith & Nephew GmbH	ACTICOAT® FLEX 3	Auflage	2009	III	nein	10X10	nanokristallines Silber	117	nein	nein	keine Angaben
36	Mölnlycke Health Care GmbH	Mepilex® Ag	Schaum mit Silber	2007	III	nein	10X10	Silbersulfat	120	nein	ja	keine Angaben
37	Mölnlycke Health Care GmbH	Mepilex Border Ag	Schaum mit Silber	2011	III	nein	10X12,5	Silbersulfat	120	nein	ja	keine Angaben
38	Mölnlycke Health Care GmbH	Mepilex Transfer Ag	Wundkontaktauflage	2014	III	nein	10x12,5	Silbersulfat	120	nein	ja	keine Angaben
39	Smith & Nephew GmbH	ACTICOAT® MOISTURE CONTROL	Schaum mit Silber	2006	III	nein	10X10	nanokristallines Silber	138	nein	nein	keine Angaben
40	B. Braun Melsungen AG	Askina® Calgitrol Ag	Schaum mit Silberalginatebeschichtung	2005	III	nein	10X10	ionisches Silber / Silbernitrat (Ag NO3)	141	nein	ja	keine Angaben
41	Smith & Nephew GmbH	ACTICOAT® FLEX 7	Auflage	2009	III	nein	10X12,5	nanokristallines Silber	143	nein	nein	keine Angaben
42	Smith & Nephew GmbH	ACTICOAT® 7	Auflage	2001	III	nein	10X12,5	nanokristallines Silber	164	nein	nein	keine Angaben
43	B. Braun Melsungen AG	Askina® Calgitrol , Silberalginate aus der Tube	Alginate mit Silber	2012	III	nein	15 g	ionisches Silber	180 / 15g	nein	ja	keine Angaben
44	sanaFactor GmbH	Silverton® selbsthaftend 10x10 cm	Silberwundverband	2016	III	nein	10x10	elementares Silber	505	nein, aber nicht empfohlen	ja	keine Angaben
45	sanaFactor GmbH	Silverton® Burn Contact Dressing 10x10 cm	Distanzgitte	2017	III	nein	10x10	elementares Silber	580	nein, aber nicht empfohlen	ja	keine Angaben

* Mittelwert

¹ Braunwath H, Brill FHH, Brill H. Bakteriostatische und bakterizide Wirksamkeit antimikrobieller Wundauflagen unter organischer Belastung. Wundmanagement 6(2012):266-269

Eine Zusammenstellung von W. Sellmer, Norderstedt. Verwendung und Abdruck ist nur mit meiner Genehmigung zulässig